

TẬP ĐOÀN
BUU CHÍNH VIỄN THÔNG
VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BUU ĐIỆN
Số: 333/BVBD-KD&ĐT
V/v: Yêu cầu báo giá BHYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bưu điện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự án “Mua sắm thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bưu điện - Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Phòng Văn thư – Bệnh viện Bưu điện

Địa chỉ: Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024.32252841

Email: phongkddt@benhvienbuudien.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Bưu điện - Số 49 phố Trần Điền, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Đồng thời gửi bản Báo giá scan qua email: phongkddt@benhvienbuudien.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 20 tháng 11 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 01 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính	Đơn vị sử dụng
1	Máy tưới rửa, hút dịch trong phẫu thuật nội soi	Phụ lục 01 đính kèm	01	Cái	Khoa GMHS
2	Hệ thống holter điện tim	Phụ lục 01 đính kèm	01	Bộ	Khoa HSCC
3	Hệ thống holter huyết áp	Phụ lục 01 đính kèm	01	Bộ	Khoa HSCC
4	Hệ thống sàng lọc bệnh lý Hemoglobin ở trẻ sơ sinh	Phụ lục 01 đính kèm	01	Bộ	Trung tâm TBG và Di truyền

2. Mẫu Báo giá: Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, P. KD&ĐT.



luu
**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phạm Thị Thanh Tú
Phạm Thị Thanh Tú

PHỤ LỤC 01
CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC THIẾT BỊ
(Kèm theo công văn số: 3393 /BVBD-KD&ĐT ngày 19 tháng 11 năm 2025)

I	MÁY TƯỚI RỬA, HÚT DỊCH TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI
1	Yêu cầu chung
	- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	- Yêu cầu xuất xứ (máy chính): Các nước thuộc Châu Âu hoặc G7
	- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
	- Môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C
	+ Độ ẩm tối đa ≥ 70 %
2	Yêu cầu cấu hình
	- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
	Tối thiểu đã bao gồm:
	+ Bộ ống dây tưới rửa, loại dùng nhiều lần: 01 bộ
	+ Bộ ống dây tưới rửa, loại sử dụng một lần: 01 hộp (10 cái)
	+ Bộ dây hút, dùng nhiều lần: 01 bộ
	+ Xe đẩy: 01 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
3	Yêu cầu kỹ thuật
	- Ứng dụng: Có chức năng tưới, hút sử dụng tối thiểu trong tiết niệu, phụ khoa, ngoại khoa, nội soi tiêu hóa, phẫu thuật cột sống
	- Loại bơm tưới rửa sử dụng con lăn
	- Có chức năng bơm tưới rửa và hút dịch
	- Có màn hình cảm ứng
	- Có chức năng tự kiểm tra máy khi khởi động
	- Áp lực tưới: điều chỉnh từ ≤ 30 mmHg đến ≥ 300 mmHg
	- Lưu lượng tưới tối đa: ≥ 1800 ml/phút
	- Lưu lượng hút tối đa: ≥ 800 ml/phút
	- Có hiển thị giá trị cài đặt và giá trị làm việc của áp suất và lưu lượng bơm rửa
	- Có báo lỗi bằng âm thanh
	- Xe đẩy máy: có ≥ 4 bánh xe, có khóa bánh
4	Yêu cầu khác
	- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1 Bệnh viện Bưu điện.
	- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực
	- Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng.
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng.
	- Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo.
	- Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành.
	- Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.

II	HỆ THỐNG HOLTER ĐIỆN TIM
1	Yêu cầu chung
	- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	- Yêu cầu xuất xứ (máy chính): Các nước thuộc nhóm G7
	- Nguồn điện sử dụng: Pin, 220v/50Hz
	- Môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C
	+ Độ ẩm tối đa ≥ 70 %
2	Yêu cầu cấu hình
	- Đầu ghi Holter điện tim (máy chính) : 05 cái
	- Phần mềm phân tích điện tim : 01 bộ
	- Máy tính: 01 cái
	- Máy in: 01 cái
	<i>Phụ kiện tiêu chuẩn 01 đầu ghi bao gồm:</i>
	+ Pin : 02 cái
	+ Cáp nối với bệnh nhân: 01 bộ
	+ Điện cực dán: 10 bộ
	+ Đai đeo máy: 01 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
3	Yêu cầu kỹ thuật
	Đầu ghi holter điện tim:
	- Thời gian ghi liên tục: ≥ 24 giờ
	- Tần số lấy mẫu: ≥ 170 mẫu/giây
	- Kênh ghi/hiển thị điện tim: ≥ 3 kênh
	- Độ phân giải: ≥ 10 bits
	- Tần số đáp ứng: từ $\leq 0,1$ đến ≥ 60 Hz
	- Cáp nối bệnh nhân: loại 5 điện cực
	- Thẻ nhớ dữ liệu tích hợp, không thể tháo rời.
	- Có chức năng phát hiện máy tạo nhịp
	- Trọng lượng (không kèm pin): ≤ 65 g
	Phần mềm phân tích Holter điện tim
	- Xuất báo cáo dữ liệu định dạng PDF
	- Phân tích biến thiên nhịp tim theo miền thời gian
	- Tạo báo cáo, lưu trữ dữ liệu trong bệnh án điện tử hoặc kết nối hệ thống mạng bệnh viện HIS/PACS
	- Hiển thị nhịp tim tối đa, tối thiểu
	- Có phân tích ST và đo/phân tích QT
	- Có chức năng nhận, gửi dữ liệu từ xa, qua hệ thống phần mềm của máy để hỗ trợ đọc và phân tích
	Máy tính:
	- CPU core i5 hoặc cao hơn, tốc độ: $\geq 2,6$ GHz
	- RAM: ≥ 32 GB
	- Ổ cứng: ≥ 256 GB, SSD; ≥ 1 TB, HDD
	- Màn hình: ≥ 21 inches
	- Độ phân giải: $\geq 1280 \times 1024$ Pixel
	Máy in:
	- Công nghệ in Laser hoặc tương đương, khổ giấy in tối thiểu: A4

	- Tốc độ in: ≥ 12 trang in/phút
4	Yêu cầu khác
	- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1 Bệnh viện Bưu điện.
	- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực
	- Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng.
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng.
	- Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo.
	- Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành.
	- Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.
III	HỆ THỐNG HOLTER HUYẾT ÁP
1	Yêu cầu chung
	- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	- Yêu cầu xuất xứ (máy chính): Các nước thuộc nhóm G7
	- Nguồn điện sử dụng: Pin, 220v/50Hz
	- Môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C
	+ Độ ẩm tối đa $\geq 70\%$
2	Yêu cầu cấu hình
	- Đầu ghi Holter huyết áp (máy chính) : 05 cái
	- Phần mềm phân tích huyết áp: 01 bộ
	- Máy tính: 01 bộ
	- Máy in: 01 cái
	<i>Phụ kiện tiêu chuẩn 01 đầu ghi bao gồm:</i>
	+ Pin: 02 cái
	+ Bao đo huyết áp động mạch: 02 cái
	+ Đai đeo máy: 01 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
3	Yêu cầu kỹ thuật
	- Phần mềm có thể tùy chọn đặt chế độ ban ngày hay ban đêm
	- Tạo báo cáo, lưu trữ dữ liệu trong bệnh án điện tử hoặc kết nối hệ thống mạng bệnh viện HIS/PACS
	- Chu kỳ lấy mẫu: ≥ 3 thời điểm
	- Dải đo huyết áp:
	+ Tâm thu: từ ≤ 60 đến ≥ 240 mmHg
	+ Tâm trương: từ ≤ 40 đến ≥ 200 mmHg
	- Áp lực tối đa: ≥ 270 mmHg
	- Dải đo nhịp tim: từ ≤ 40 đến ≥ 200 nhịp đập/phút
	- Trọng lượng (bao gồm cả pin): ≤ 300 g
	- Tích hợp màn hình hiển thị thông tin trên thân máy chính
	- Thời gian ghi liên tục tối đa: ≥ 24 giờ
	Máy tính:
	- CPU core i5 hoặc cao hơn, tốc độ: $\geq 2,6$ GHz
	- RAM: ≥ 32 GB
	- Ổ cứng: ≥ 256 GB, SSD ≥ 1 TB, HDD

	- Màn hình: ≥ 21 inches
	- Độ phân giải: $\geq 1280 \times 1024$ Pixel
	Máy in:
	- Công nghệ in Laser hoặc tương đương, khổ giấy in tối thiểu: A4
	- Tốc độ in: ≥ 12 trang in/phút
4	Yêu cầu khác
	- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 1 Bệnh viện Bưu điện.
	- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực
	- Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng.
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng.
	- Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo.
	- Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành.
	- Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.

IV	HỆ THỐNG SÀNG LỌC BỆNH LÝ HEMOGLOBIN Ở TRẺ SƠ SINH
1	Yêu cầu chung
	- Hàng mới 100%, sản xuất 2025 trở về sau
	- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485
	- Yêu cầu xuất xứ (máy chính): Các nước thuộc nhóm G7
	- Nguồn điện sử dụng: 220V, 50Hz
	- Môi trường hoạt động:
	+ Nhiệt độ tối đa ≥ 30 độ C
	+ Độ ẩm tối đa ≥ 70 %
2	Yêu cầu cấu hình
	- Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái
	<i>Tối thiểu đã bao gồm:</i>
	- Phần mềm phân tích: 01 bộ
	- Bộ hóa chất chạy thử: 01 bộ
	- Máy đọc lỗ: 01 cái
	- Bàn đặt máy: 01 cái
	- Máy tính: 01 cái
	- Máy in: 01 cái
	- Bộ lưu điện 2KVA: 01 cái
	- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
3	Yêu cầu kỹ thuật
	- Ứng dụng: Phát hiện (sàng lọc) biến thể Hemoglobin (Thalassemia)
	- Phương pháp phân tích: sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)/điện di mao quản hoặc tương đương
	- Công suất tối đa: ≥ 20 mẫu/giờ
	- Mẫu máu trẻ sơ sinh thu thập trên giấy lọc
	- Khay mẫu: ≥ 4 khay; khay tiêu chuẩn 96 giếng
	- Bộ phận phát hiện: cảm biến quang học (detector), tối thiểu có bước sóng 415 nm ($\pm \leq 10$ nm)
	- Đục lỗ đường kính: 3,0 mm ($\pm \leq 0,5$ mm)

	- Kết nối với hệ thống mạng LIS bệnh viện
	- Hệ thống đọc Barcode tối thiểu: code 39, code 128
	- Khai báo thông tin mẫu trên phần mềm sử dụng file có sẵn hoặc nhập thủ công
	- Thông số phân tích Hemoglobin tối thiểu: Hemoglobin F, A, S, D, C, E.
	Máy tính:
	- CPU core i5 hoặc cao hơn, tốc độ: $\geq 2,6$ GHz
	- RAM: ≥ 32 GB
	- Ổ cứng: ≥ 256 GB, SSD; ≥ 1 TB, HDD
	- Màn hình: ≥ 21 inches
	- Độ phân giải: $\geq 1280 \times 1024$ Pixel
	Máy in:
	- Công nghệ in Laser hoặc tương đương, khổ giấy in tối thiểu: A4
	- Tốc độ in: ≥ 12 trang in/phút
4	Yêu cầu khác
	- Địa điểm giao hàng: tại Cơ sở 2 Bệnh viện Bưu điện.
	- Bảo hành tối thiểu: 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu và đưa vào sử dụng.
	- Thời gian giao hàng: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng kinh tế có hiệu lực
	- Đào tạo, hướng dẫn thành thạo cho người dùng tại nơi sử dụng.
	- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện thay thế trong thời gian ≥ 5 năm sau bán hàng.
	- Có bảng báo giá chi tiết các phụ kiện, vật tư thay thế, vật tư tiêu hao (nếu có) kèm theo.
	- Có bảng báo giá chi phí bảo trì sau thời gian bảo hành.
	- Có cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật sau bán hàng.

PHỤ LỤC 02
MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo công văn số: *2293* /BVBD-KD&ĐT ngày *19* tháng *11* năm 2025 của Bệnh viện Bưu điện)

TÊN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Bưu điện tại Công văn số ngày, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Tên thiết bị theo cách gọi của đơn vị báo giá ⁽³⁾	Đơn vị tính ⁽⁴⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽⁵⁾	Mã HS ⁽⁶⁾	Năm sản xuất ⁽⁷⁾	Xuất xứ ⁽⁸⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁹⁾	Đơn giá bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND)
1	Máy tưới rửa, hút dịch trong phẫu thuật nội soi		Cái					01			
2	Hệ thống holter điện tim		Bộ					01			
3	Hệ thống holter huyết áp		Bộ					01			
4	Hệ thống sàng lọc bệnh lý Hemoglobin ở trẻ sơ sinh		Bộ					01			

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày], đến ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: tạm ứng tối đa 30% giá trị sau khi ký hợp đồng và thanh toán theo từng giai đoạn thực hiện hợp đồng.

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹³⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo cách gọi của đơn vị báo giá/ theo công bố của nhà sản xuất.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn vị tính của hàng hóa theo đúng yêu cầu trong Yêu cầu báo giá.

(5) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(7), (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) tương ứng với từng thiết bị.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị.

(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.