

Số: 984 /TB-BVNĐ2

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá

Gói thầu “Mua sắm hàng hóa: cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2”

Kính gửi: Các đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi Đồng 2 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm hàng hóa: cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2” theo hình thức đấu thầu rộng rãi với nội dung cụ thể như sau:

1. Hồ sơ chào giá gồm:

- Thư giới thiệu nộp Hồ sơ báo giá (có đầy đủ thông tin liên hệ của đơn vị/ nhà cung cấp hàng hóa).

- Bảng chào giá có đầy đủ danh mục theo Phụ lục 1. Danh mục chi tiết và Phụ lục 2. Mẫu Bảng báo giá đính kèm thông báo này (Giá chào cho gói thầu là giá đã bao gồm toàn bộ tất cả các chi phí để thực hiện gói thầu theo quy định).

- Thời gian dự kiến thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Cách tiếp nhận báo giá:


- Hình thức nộp: Gửi thư qua đường bưu điện đến Bệnh viện Nhi Đồng 2: số 14, Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM - Phòng Hành chính Quản trị. Số điện thoại 028.38295723.

3. Hạn nộp Hồ sơ chào giá: từ ngày 28 tháng 04 năm 2025 đến hết ngày 07 tháng 05 năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu VT, HCQT (NMTT, 3).



BS. CKII Lê Thị Minh Hồng



PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm đính kèm Thông báo số 984/TB-BVND2 ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc mời chào giá. Gói thầu: Mua sắm hàng hóa: cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2)

1. Hàng hóa

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Số lượng tùy chọn mua thêm (20%)	Số lượng dự toán	Mô tả hàng hóa
1	Oxy lỏng	Kg	654.167	130.833	785.000	Chất lượng: $\geq 99,6\%$
2	Oxy khí ($6m^3$ /chai)	Chai	104	21	125	- Quy cách: chai 40 lít chứa $6m^3$ Oxy - Chất lượng: $\geq 99,6\%$
3	Oxy khí ($< 0,5 \div 1m^3$ /chai)	Chai	5.167	1.033	6.200	- Quy cách: chai 6,6 lít chứa $1,5m^3$ Oxy - Chất lượng: $\geq 99,6\%$
4	Khí CO ₂	Kg	733	147	880	Chất lượng: $\geq 99,6\%$
5	Khí NO (Khí Nito chuẩn bình 10 lít áp suất 137 bar)	Chai	21	4	25	- Hàm lượng khí NO là $\geq 1.000ppm$ trong khí Nito chuẩn $\geq 99,9\%$. - Quy cách: đóng gói trong chai nhôm có dung tích 10 lít, áp suất 137 bar.
6	Khí Air	Chai	2	1	3	- Thành phần chủ yếu là Oxy $\geq 20\%$; Nito $\geq 78\%$; - Quy cách: đóng gói trong chai thép chịu được áp lực cao, áp suất $\geq 150kg/cm^3$, chai dung tích 40 lít chứa $6m^3$ khí Air

2. Yêu cầu về trang thiết bị cho Bệnh viện mượn sử dụng:

- Nhà thầu có sẵn và đầy đủ các trang thiết bị trung tâm Oxy bồn lỏng cho Bệnh viện mượn sử dụng như sau:

+ Thiết bị theo tiêu chuẩn Châu Âu (hoặc tiêu chuẩn về khí y tế) được kiểm định, mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ: 01 Bồn chứa oxy lỏng dung tích chứa khoảng ≥ 9.000 lít, áp lực làm việc ≥ 17 bars (Sản xuất 15 năm trở lại đây);

+ Thiết bị theo tiêu chuẩn Châu Âu (hoặc tiêu chuẩn về khí y tế), bao gồm:

- 01 Bộ hóa hơi công suất $\geq 140 \text{ m}^3/\text{h}$, áp lực làm việc ≥ 40 bars;
- 01 Cụm điều áp công suất $\geq 250 \text{ m}^3/\text{h}$, áp lực làm việc ≥ 17 bars;

+ Thiết bị được kiểm định: Bình chứa (vỏ chai) số lượng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.

+ 01 Móng bồn và hàng rào bảo vệ; 01 Hệ thống đường ống nối từ trạm Oxy lỏng tới các khoa phòng.



PHỤ LỤC 2: MẪU BẢNG BÁO GIÁ

(Đính kèm đính kèm Thông báo số 984/TB-BVNĐ2 ngày 26 tháng 4 năm 2025 về việc mời chào giá Gói thầu: Mua sắm hàng hóa: cung cấp khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2).

CÔNG TY.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Nhi đồng 2

Căn cứ Thông báo số /TB-BVNĐ2 ngày tháng năm 2025 của Bệnh viện Nhi đồng 2, Công ty..... xin thực hiện chào giá cung cấp hàng hóa: khí y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 2 theo nội dung cụ thể như sau:

1. Bảng giá hàng hóa:

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng	Số lượng tùy chọn mua thêm (20%)	Số lượng dự toán	Đơn giá (đồng) Đã có VAT	Thành tiền (đồng) Đã có VAT	Thông số kỹ thuật nhà thầu đề xuất đáp ứng theo yêu cầu Phụ lục 01
1	Oxy lỏng	Kg	654.167	130.833	785.000	...	...	...
2	Oxy khí (6m ³ /chai)	Chai	104	21	125	...	...	...
3	Oxy khí (< 0,5 ÷ 1m ³ /chai)	Chai	5.167	1.033	6.200	...	...	...
4	Khí CO ₂	Kg	733	147	880	...	...	...
5	Khí NO (Khí Nitơ chuẩn bình 10 lít áp suất 137 bar)	Chai	21	4	25	...	...	...

6	Khí Air	Chai	2	1	3	...	...	...
TỔNG CỘNG (Đã có VAT) và các chi phí liên quan để thực hiện gói thầu)						... đồng (Bằng chữ: ...)		

2. Tiêu chuẩn chất lượng:

- Đối với Oxy lỏng + Oxy khí: theo tiêu chuẩn Dược điển VN 4, TCVN 1068-2009, ISO 9001 hoặc tương đương và các kết quả kiểm nghiệm chất lượng do đơn vị có chứng năng kiểm tra.

- Đối với CO₂ + Khí NO + Khí Air: theo ISO 9001 (hoặc tương đương) và các kết quả kiểm nghiệm chất lượng do đơn vị có chứng năng kiểm tra.

3. Yêu cầu về trang thiết bị cho Bệnh viện mượn sử dụng:

- Nhà thầu cam kết có sẵn và đầy đủ các trang thiết bị trung tâm Oxy bồn lỏng cho Bệnh viện mượn sử dụng như sau:

+ Thiết bị theo tiêu chuẩn Châu Âu (hoặc tiêu chuẩn về khí y tế) được kiểm định, mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ: 01 Bồn chứa oxy lỏng dung tích chứa khoảng ≥ 9.000 lít, áp lực làm việc ≥ 17 bars (Sản xuất 15 năm trở lại đây);

+ Thiết bị theo tiêu chuẩn Châu Âu (hoặc tiêu chuẩn về khí y tế), bao gồm:

- 01 Bộ hóa hơi công suất ≥ 140 m³/h, áp lực làm việc ≥ 40 bars;
- 01 Cụm điều áp công suất ≥ 250 m³/h, áp lực làm việc ≥ 17 bars;

+ Thiết bị được kiểm định: Bình chứa (vỏ chai) số lượng theo nhu cầu sử dụng thực tế của bệnh viện.

+ 01 Móng bồn và hàng rào bảo vệ; 01 Hệ thống đường ống nối từ trạm Oxy lỏng tới các khoa phòng.

4. Phương tiện vận chuyển hàng hóa: Nhà thầu có ít nhất 02 xe chở được ≤ 05 tấn oxy lỏng.

....., Ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp

CÔNG TY...

(Ký tên và ghi rõ Họ & tên)