

Số: /TM-BV
V/v: Yêu cầu báo giá Linh kiện, phụ kiện
Máy tán sỏi ngoài cơ thể

Nghệ An, ngày tháng năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm linh kiện, phụ kiện cho Máy tán sỏi ngoài cơ thể tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

- Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Nguyễn Lê Hoàng Linh

- Chức vụ: Viên chức Phòng CSHT&TTB

- Số điện thoại: 0798 14 16 18

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ: Phòng Cơ sở hạ tầng & Trang thiết bị, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Km5, đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An. Trên bì thư bắt buộc ghi rõ nội dung danh mục báo giá.

- Gửi online qua Email: bmed.nafgh@gmail.com (Các đơn vị gửi bản scan kèm bản mềm Word/Excel).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Theo thời hạn đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. (Tối thiểu 10 ngày tính từ ngày đăng tải thành công)

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày hết hạn hiệu lực tiếp nhận báo giá trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa:

STT	Danh mục	Mô tả Hàng hóa	Số lượng	ĐVT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Máy biến áp xung	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Dùng để kích hoạt sóng xung kích - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; Tạo ra xung tối đa 10 kVA để kích hoạt sóng xung kích	1	Cái
2	Bộ sạc tụ điện	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Dùng để tạo nguồn cao áp - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; Điện áp: 230V, 50/60Hz	1	Cái
3	Công tắc điều khiển Microswitch	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Kích hoạt và vô hiệu chuyển động trục của cánh tay - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; Tiếp điểm của công tắc tại 24V	1	Cái
4	Nước làm mát Coragard	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Dùng cho hệ thống bổ sung nước - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; Thành phần hóa học của dung dịch: 2-Methyl-2HIsotrizol-3on Khối lượng: 10kg	2	Cái
5	Cuộn dây điện từ Coil 140	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Coil 140 dùng để tạo từ trường khi có dòng xung cao áp chạy qua - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; Đặc tính: Dây điện từ điện	1	Cái

		áp cao		
6	Bộ màng của EMSE 140- khung nhôm	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Bộ màng là màng kim loại đồng nhất, có lớp cách điện, dùng để tạo dao động thực tế nhằm phát sinh sóng xung kích - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; - Chất liệu: Nhôm và cao su silicone	1	Cái
7	Bọc silicon với vòng đỡ	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Bọc silicon được dùng để ghép nối đầu điều trị sử dụng sóng xung kích với bệnh nhân, đảm bảo truyền tối đa năng lượng trong quá trình điều trị - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; - Chất liệu: Silicone	1	Cái
8	Dây tín hiệu W712 3A10/X3-3B10/X1	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Dây tín hiệu cho Camera đầu tán K1038646 - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; - Chất liệu: Đồng và cao su	1	Cái
9	Camera đầu tán	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Dùng cho chức năng Opti- coupling - Thông số kỹ thuật: Sử dụng cho máy Dornier Delta II; - Thấu kính thủy tinh: Loại dành cho CCD (Thiết bị truyền điện tích nối tiếp)	1	Cái
10	Bộ vòng đệm chữ O 18X1.5NBR70	- Hàng hoá mới 100% - Mục đích sử dụng: Vòng đệm dùng cho camera đầu tán K1038646 - Thông số kỹ thuật: Sử dụng	1	Cái

		cho máy Dornier Delta II; Chất liệu: Cao su		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Địa chỉ: Km5, đại lộ Lenin, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

3. Giá báo giá đã bao gồm thuế, chi phí vận chuyển và các chi phí khác.

4. Nội dung khác:

- Nhà cung cấp báo giá thực hiện theo Mẫu báo giá tại phụ lục kèm theo.
- Đơn vị khảo sát, kiểm tra trước khi báo giá. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT, CSHT&TTB. 

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Hương